

CZUJNIKI SPO2 DO POMIARU SATURACJI DO PULSOKSYMETRÓW I MONITORÓW

SPRZEDAŻ



W ofercie posiadamy czujniki różnych typów:

- klips na palec dla dorosłych i dzieci
- czujniki jednorazowe
- czujnik typu Y
- kable przedłużające
- "bucik silikonowy" dla dorosłych i "bucik silikonowy" dla dzieci
- kable - adaptory do czujników

ARTEMA/ATHENA
BCI
BIRD
CRITICARE
CRITICON/DINAMAP
DATEX-OHMEDA
DRAGER
ENVITEC

HEWLETT-PACKARD
MASIMO
MINDRAY
NELLCOR
NIHON KOHDEN
NONIN
NOVAMETRIX
OHMEDA

PALCO
PHILIPS MEDICAL
SENSORMEDICS
SIEMENS
SPACELABS
S&W
TRIDENT
WELCH
ALLYN/PROTOCOL
I INNE

ZADZWOŃ DO NAS [22 828-71-00](tel:228287100), [828-71-01](tel:228287101) LUB WYŚLIJ ZAPYTANIE
ZE SPECYFIKACJĄ POSZUKIWANEGO PRODUKTU
[fax 22 826-91-20](tel:228269120) lub email biuro@tridentmed.pl
POMOŻEMY CI DOBRAĆ ODPOWIEDNI CZUJNIK DO TWOJEGO
PULSOKSYMETRU LUB MONITORA

SERWIS



Dział Serwisu firmy TRIDENT MED naprawia czujniki do pulsoksymetrów i paneli pulsoksymetrycznych.

Zadzwoń [22 789-40-99](tel:227894099) lub wyślij e-mail serwis@tridentmed.pl

Wykonujemy naprawy czujników jak i testy sprawności ich działania.
Pomożemy Państwu w każdej nietypowej sprawie, dotyczącej niesprawnych czujników.
Przy naprawach większej ilości czujników oferujemy KORZYSTNE RABATY.
Udzielamy gwarancji na prawidłowe działanie naprawionych czujników.
Przerabiamy czujniki typu Y na klips i odwrotnie.

Czujniki prosimy dokładnie oczyścić i wraz ze ZLECENIEM NAPRAWY przesyłać na adres:

TRIDENT MED s.c.
Ul. Szachowa 1
04-894 WARSZAWA
Budynek Administracji, pokój 608
Instytut Łączności
tel. 22 789 40 99, fax 22 826 91 20

Zlecenie Naprawy powinno zawierać:

- dane Zlecającego: nazwa, adres, NIP, Regon
 - nazwisko i numer telefonu osoby, z którą możemy się skontaktować
 - numer faksu lub adres e-mail, na który prześlemy bezpłatny kosztorys.
- Do naprawy przystępujemy po uzyskaniu od Państwa akceptacji kosztorysu